

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt:  
*We declare in sole responsibility, that the following product:*

**Produktbezeichnung:**

*Product Name:*

Unyvero IAI Intra-Abdominal Infection Cartridge Set

**Produktkategorie:**

*Product category:*

PCR basiertes IVD für die Detektion von pathogen-spezifischen und resistenzassoziierten Genen in Proben mit Verdacht auf intra-abdominale Infektionen

*PCR based detection of IVD for the pathogen-specific and resistance associated genes in the sample with a suspected intra-abdominal infection*

**GMDN-Code:**

Curetis Produkt <i>Curetis Product</i>	GMDN Code	Nomenklatur <i>Nomenclature</i>
Unyvero IAI Intra-Abdominal Infection Cartridge Set	63044	Multiple-type abdominal cavity pathogen nucleic acid IVD, kit, nucleic acid technique (NAT)

**Hersteller:**

*Manufacturer:*

Curetis GmbH  
Max-Eyth-Straße 42  
71088 Holzgerlingen  
Germany

eingestuft ist als In-vitro-Diagnostikum gemäß Anhang III ohne Auslegungsprüfung (Nr.6) der Richtlinie 98/79/EG

*is classified as an in-vitro diagnostic medical device according to Annex III without examination of the design (No. 6) of the Directive 98/79/EC*

und gefertigt wird gemäß den Vorgaben der Richtlinie 98/79/EG vom 27. Oktober 1998.  
*and is manufactured following the regulations of the Directive 98/79/EC dated October 27th, 1998.*

Die „Grundlegenden Anforderungen“ gemäß Anhang I der Richtlinie 98/79/EG sind erfüllt.  
*The Essential Requirements of Annex I of the Directive 98/79/EC are fulfilled.*

Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang III ohne Auslegungsprüfung (Nr.6) der Richtlinie 98/79/EG

*Conformity assessment according Annex III without examination of the design (No. 6) of the Directive 98/79/EC*

Gültigkeitsdauer der Konformitätserklärung: 25. Mai 2022

*Validity of the Declaration of Conformity: May 25<sup>th</sup>, 2022*


Die Konformitätserklärung umfasst folgendes Produkt und seine Komponenten:  
*The following product and its components are covered by the Declaration of Conformity:*

Produkt <i>Product</i>	Artikelnummer <i>Article Number</i>
Unyvero IAI Intra-Abdominal Infection Cartridge Set	10065
Komponenten <i>Components</i>	Artikelnummer <i>Article Number</i>
Unyvero IAI Intra-Abdominal Infection Cartridge	10064
Unyvero T1 Sample Tube & Unyvero T1 Sample Tube Cap Set	10069
Unyvero T1 Sample Tube & Unyvero T1 Sample Tube Cap	10066
Unyvero B1 Sample Tube & Unyvero B1 Sample Tube Cap Set	10068
Unyvero B1 Sample Tube & Unyvero B1 Sample Tube Cap	10067
Unyvero T1 Sample Pre-Treatment Tool Set	10043
Unyvero T1 Sample Pre-Treatment Tool	10042

05-Jan-2021

Datum  
Date

Johannes Bacher  
Managing Director



05-Jan-2021

Datum  
Date

Karsten Müller  
Head of Quality & Regulatory Affairs

